

CONSULTES DELS LICITADORS

1. Consulta rebuda per Philips Ibérica, S.A. en data 1 de març de 2017.

Sobre la aclaración de "Bobina columna completa de 32 canales". "¿Debe la bobina de columna disponer de 32 canales reales o de poder realizarse con un mínimo de 32 canales?" Cabe decir que el objetivo de la pregunta es claramente para excluir a soluciones diferentes/equivalentes de otro competidor y no para aclarar la compatibilidad de su propia solución.

Se solicita modificar el PPT para que especifique lo siguiente: "Bobina columna completa que activa hasta 32 canales", de esta manera se permite ofrecer los dos escenarios técnicos disponibles en el mercado sin favorecer ninguno en concreto.

Resposta:

L'òrgan de contractació ha decidit no modificar aquest requisit mínim. La bobina de columna haurà de disposar de 32 canals reals.

La determinació de les característiques mínimes tècniques respon a la voluntat de que la màquina s'adapti al màxim a les necessitats del nostre Servei de Diagnòstic per la Imatge.

CORRECCIÓ D'ERRORS

S'HA DETECTAT QUE DEGUT A UN ERROR, EN L'ANTERIOR MODIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, A L'ELIMINAR ELS SISTEMES DE REDUCCIÓ DEL SOROLL ACÚSTIC DELS CRITERIS DE VALORACIÓ, NO ES VA MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓ DE PUNTS.

ÉS PER AIXÒ QUE S'HA PROCEDIT A LA MODIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ, ATORGANT EL PUNT RELATIU A AQUEST ASPECTE A LA VALORACIÓ SUBJECTIVA, CONCRETAMENT, AL PUNT VALORACIÓ DE SEQÜÈNCIES D'ADQUISICIÓ I QUALITAT DE LA IMATGE, QUE PASSA A TENIR UNA VALORACIÓ DE 6 PUNTS.

AQUESTA MODIFICACIÓ S'HA INCLÒS A LA DOCUMENTACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, AIXÒ ÉS:

- QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

LES EMPRESES INTERESSADES HAURAN DE REVISAR LA DOCUMENTACIÓ MODIFICADA A:

<http://www.csg.cat/perfil-del-contractant/>

A Sant Pere de Ribes, 6 de març de 2017