

CONSULTES DELS LICITADORS

1. Consulta rebuda per Toshiba Medical Systems, S.A. en data 7 de març de 2017.

PRIMERO.- En el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), en el apartado "Taula Bucky", como requisito mínimo se marca "Capacitat de càrrega fins a 320kg. sense limitacions de moviment"

Este peso marcado como requisito mínimo consideramos que resulta sobredimensionado para los pesos habituales de los pacientes. Solicitamos sean admisibles capacidades de carga superiores a los 250 kgs.

Resposta:

L'òrgan de contractació ha decidit modificar aquest requisit mínim. La taula haurà de suportar més de 250 kg sense limitació de moviments. Tanmateix es procedirà a valorar de manera objectiva la taula que tingui capacitat de suport superior.

SEGUNDO.- En el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), en el apartado "Detector Digital de taula", como característica mínima se establece "Pes <3,5kg".

Igualmente, consideramos que pesos algo superiores no inciden en la solución, y por tanto solicitamos aceptar pesos de hasta 3,5 kgs inclusive. La mayoría de los detectores del mercado tienen pesos entre los 3,500 kg – 4,800 kg.

Resposta:

L'òrgan de contractació ha decidit modificar aquest aspecte determinant que el detector digital de la taula haurà de tenir un pes igual o inferior a 3,5 kg.

TERCERO.- En el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), en el apartado "Detector Digital de taula", como característica mínima se establece "Àrea d'exposició efectiva no inferior a 35x43cm."

Del mismo modo que en la anterior solicitud, solicitamos que el área de exposición efectiva válida sea igual o superior a 35x42 cms.

Resposta:

L'òrgan de contractació ha decidit modificar aquest aspecte, de manera que s'estableix que l'àrea d'exposició efectiva podrà ser de mínim 35x42cm, procedint a valorar i puntuar la que proporcioni una àrea d'exposició efectiva més gran.

El motiu de modificació de les citades característiques mínimes respon a la voluntat d'ampliar la concurrència. S'entén que les modificacions plantejades no suposen, en cap cas, modificacions substancials en relació a la qualitat dels equips. Així mateix es considera que a la pràctica, suposen flexibilitat en l'admissió d'ofertes.

En tant que les modificacions no són substancials i tenint present l'amplitud en el període atorgat per a la presentació d'ofertes, es mantenen les dates inicials:

Data límit presentació d'ofertes: 28 d'abril de 2017 a les 14:00 hores.

Data d'obertura sobre 2: 15 de maig de 2017 a les 10:00 hores.

TOTES LES MODIFICACIONS ESTABLERTES A LES ANTERIORS RESPOSTES S'HAN INCLÒS A LA DOCUMENTACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ QUE HA RESTAT MODIFICADA, AIXÒ ÉS:

- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
- QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

LES EMPRESES INTERESSADES HAURAN DE REVISAR LA DOCUMENTACIÓ MODIFICADA A:

<http://www.csg.cat/perfil-del-contractant/>

Sant Pere de Ribes, a 13 de març de 2017