

CONSULTES DELS LICITADORS

1. Consulta rebuda per Carestream Health, en data 14 de març de 2017.

"Quisiéramos realizar una consulta relacionada con el expediente CP 2017-04 "Instal·lació i subministrament en règim d'arrendament operatiu de dues sales radiològiques per al servei de diagnòstic per la imatge (SDPI) del Consorci Sanitari del Garraf".

En el Anexo 1.- Características Mínimas Técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas, dentro del apartado Taula Bucky (pág 12) se indica que:

La taula haurà de poder baixar fins a 50cm del terra

Con el fin de ampliar el número de concurrentes a esta licitación, solicitamos la modificación de este valor a 55cm que es el valor medio de mercado y que en cualquier caso sean valorables y puntuables distancias inferiores a esos 55 cm.

2. Consulta rebuda per Philips Iberia, en data 16 de març de 2017.

Una vez revisados los pliegos y las últimas modificaciones del expediente nº CP 2017/04, relativo a la Instalación y Suministro en Régimen de Arrendamiento Operativo de Dos Salas Radiológicas para el Servicio de Diagnóstico por imagen (SDPI) del Consorci Sanitari de Garraf, consideramos que:

En el anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), en el apartado "Taula Bucky", se marca como requisito mínimo que la altura de la mesa debe poder bajar hasta 50 cm ("Lo taulo haurà de poder baixar fins a 50 cm del terra").

Se solicita que la altura mínima de la mesa sea de 51,5 cm. Consideramos que esta modificación es irrelevante en la práctica del día a día, no afectando a la funcionalidad de la mesa ni a su uso.

Proponemos por tanto una modificación de los pliegos para que se ajusten a los principios que rigen en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSPP).

Resposta

Atès que la modificació de l'alçada de la taula Bucky en 5cm no afecta a la possibilitat de desenvolupament de les proves ni és una característica mínima tècnica que impliqui una pèrdua de la qualitat de les màquines, es decideix modificar la característica mínima tècnica d'aquest aspecte, quedant com segueix:

La taula haurà de poder baixar fins a 55cm del terra

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

En relació a la visita a efectuar per part del personal tècnic del CSG a sales d'altres hospitals que hagin incorporat equips d'empreses interessades a la licitació (tal i com es detalla a l'apartat 3 del PPT), l'equip tècnic del CSG determina que degut a la pressió assistencial del servei i a la manca de temps per poder visitar sales ubicades a altres comunitats autònomes, no s'efectuarà la visita a cap altre centre. Tenint present que aquesta visita no implicava cap mena de valoració, no produeix cap modificació de la documentació que regeix la contractació.