

INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Havent-se procedit en data 10 d'abril del 2017 a l'obertura del sobre 2 del procediment CP 2017-02 relatiu al subministrament, en règim d'arrendament operatiu, d'un equip de ressonància magnètica, es va fer entrega a la Dra. M^a José Bengoechea de la documentació tècnica aportada al sobre 2 de les empreses licitadores per tal de procedir a la valoració dels criteris avaluable mitjançant judicis de valor.

Que havent passat el termini per a la valoració de les ofertes tècniques, la Dra. M^a José Bengoechea emet el present informe en el que s'analitzen les ofertes tècniques presentades pels licitadors, centrant-se únicament en compliment dels aspectes determinats com a criteris de valoració subjectiva.

D'acord amb el que s'establí al Quadre de Característiques del contracte, la puntuació atorgada als licitadors és la següent:

CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA

Concepte a Valorar	Punts	Puntuació parcial	Mètode de Valoració/Puntuació	Philips Ibérica, S.A.U.	Siemens Healthcare, S.L.U.
Adquisició i post processat		9,50			
Intercanvi de protocols (Visita)	1,00		Valoració Subjectiva	0,70	1,00
Valoració facilitat i flexibilitat del sistema (Visita)	2,50		Valoració Subjectiva	1,00	2,50
Valoració seqüències d'adquisició i qualitat d'imatge (Visita)	6,00		Valoració Subjectiva	4,00	6,00
Sistema Client/Servidor		6,00			
Característiques del servidor: - Velocitat del processador - Memòria RAM - Màxim número d'imatges manejable simultàniament	0,50		Valoració Subjectiva	0,25	0,50
Funcionalitat de les aplicacions clíniques - Característiques de les aplicacions incloses (visita)	2,00		Valoració Subjectiva	0,50	2,00
Valoració del Sistema de post-processat (Visita)	2,50		Valoració Subjectiva	0,50	2,50
Característiques de les llicències: - Número d'usuaris concurrents en cadascuna de les aplicacions ofertes Sistema de llicències (usuari, imatges, aplicacions)	1,00		Valoració Subjectiva	0,20	1,00
Aspectes orientats al pacient		0,50		0,2	0,4
TOTAL CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIUS		16,00		7,35	15,90

A continuació es justifica la puntuació de cadascun dels licitadors, per àrea de valoració.

En relació a l'adquisició i postprocessat, els tècnics que efectuarem les visites a les sales de les RM ofertes considerem que existeix una major facilitat en l'intercanvi de protocols en la RM AERA de Siemens, de la mateixa manera que en la facilitat i flexibilitat del sistema, tenint en compte que la seva interfície és molt similar a la interfície instal·lada a l'equip actual del CSG, aspecte que facilita l'aprenentatge del nostre personal.

D'altra banda, els tècnics considerem que si bé la qualitat de les imatges és molt similar en totes dues màquines, les seqüències d'adquisició de les imatges són mes senzilles d'aplicar en l'equip de Siemens.

Respecte el sistema client/servidor, el servei, la velocitat del processat i la memòria RAM són iguals però el número d'imatges manejables simultàniament és superior en la RM de Siemens (30.000 per 46.000).

Les aplicacions ofertades són les mateixes però la funcionalitat de les aplicacions clíniques es és àgil en la màquina de Siemens.

El sistema de post-processat de Siemens ens ha resultat més intuïtiu i similar al que actualment fem servir, i que ja coneixem.

En quant a les llicències concurrents, en l'equip ofertat per Siemens es determina que el número de llicències concurrents és il·limitat mentre que en la màquina Igenia de Philips és de quatre llicències avançades simultàniament.


Finalment en relació als aspectes orientats al pacient, considerem que la bobina de cap ofertada per Philips és complicada en relació a la col·locació del pacient a la taula, a més, la superfície es molt pesada.

Per la seva banda, l'entorn de color i miralls facilitats per Siemens a la seva màquina, redueixen l'ansietat del pacient en aquestes proves que resulten tant llargues.

Per tot l'exposat i mitjançant el present informe, la tècnica que subscriu comunica a la mesa de contractació que els 16 punts a atorgar en l'avaluació dels criteris subjectius es distribueixin d'acord amb el determinat a la taula anterior, atorgant 7,35 punts a l'oferta tècnica subjectiva de l'empresa Philips Ibérica, S.A.U i 15,90 punts a l'oferta tècnica de l'empresa Siemens Healthcare, S.L.U.

I per a que així consti, signa el present informe als efectes oportuns.

A Sant Pere de Ribes, 5 de maig de 2017



Dra. Ma. Jose Bengoechea Fajardo
Cap Clínic del Servei de Radiologia del CSG

CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA

Concepte a Valorar	Punts	Puntuació parcial	Mètode de Valoració/Puntuació	Philips Ibèrica, S.A.U.	Siemens Healthcare, S.L.U.
Adquisició i post processat		9,50			
Intercanvi de protocols (Visita)	1,00		Valoració Subjectiva	0,70	1,00
Valoració facilitat i flexibilitat del sistema (Visita)	2,50		Valoració Subjectiva	1,00	2,50
Valoració seqüències d'adquisició i qualitat d'imatge (Visita)	6,00		Valoració Subjectiva	4,00	6,00
Sistema Client/Servidor		6,00			
Característiques del servidor: - Velocitat del processador - Memòria RAM - Màxim número d'imatges manejable simultaniament	0,50		Valoració Subjectiva	0,25	0,50
Funcionalitat de les aplicacions clíniques - Característiques de les aplicacions incloses (visita)	2,00		Valoració Subjectiva	0,50	2,00
Valoració del Sistema de post-processat (Visita)	2,50		Valoració Subjectiva	0,50	2,50
Característiques de les llicències: Número d'usuaris concurrents en cadascuna de les aplicacions ofertades - Sistema de llicències (usuari, imatges, aplicacions)	1,00		Valoració Subjectiva	0,20	1,00
Aspectes orientats al pacient		0,50		0,2	0,4
TOTAL CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIUS		16,00		7,35	15,90

