

ACTA DE VALORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC

Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, ronda Sant Camil s/n de Sant Pere de Ribes, a les 11:00 hores del dia 28 de febrer de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació designada per la licitació del **subministrament de material fungible per a neuroestimulació i cessió d'un neuroestimulador pel Consorci Sanitari del Garraf**, mitjançant concurs per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i de tramitació ordinària.

La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:

President: Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer

Secretari: Sr. Eduard Duran Robert, secretari tècnic

Vocal: Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica

Vocal: Dr. Javier Errando Ricol, cap de servei

S'excusen

Vocal: Sr. Josep Gomàriz, secretari del consell rector (suplent Eduard Duran)

Vocal: Dr. Jaume Prat, director mèdic

Vocal: Dr. Jordi Carné Subirats, cap del servei

D'acord amb l'ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, s'informa que en finalitzar l'acte d'obertura del sobre 2 relatiu a les proposicions tècniques avaluables en funció d'un judici de valor, en data 15 de gener de 2018, es va procedir a lliurar la documentació tècnica presentada pels licitadors als tècnics de referència, per a realitzar llurs valoracions i l'informe pertinent.

Que la Mesa ha rebut en data 28 de febrer de 2018 informe de compliment de requisits mínims i de valoració tècnica respecte aquells criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.

En relació al compliment dels requisits mínims hem de fer constar que hi ha alguns aspectes que no queden clars en les ofertes presentades per les empreses licitadores, tal i com es detalla en el quadre següent:

Característiques mínimes	Document i pàgina			
Neuroestimulador Comunes		Medtronic	Microdan	Neomedic
Monitorització de tiroides i facial		SI	SI	SI
Garantia de subministrament en 24 hores en cas de ruptura d'estoc haurà de proporcionar una alternativa en 24 hores	Certificat de compromís	Sobre 3?	Sobre 3?	sobre 3?
Pantalla addicional inalàmbrica (mínim de 10")	Certificat de compromís	Sobre 3?	SI (IPAD)	SI (PC PORTATIL)
Impresora inhalmabrica per imprimir els registres	Certificat de compromís	Sobre 3?	Sobre 3?	sobre 3?
Facial				
Monitorització mínim de 4 zones nervioses (frontal, orbicular dels ulls, orbicular del llavi i marginal)		SI	SI	SI
Colors diferenciats per cada àrea facial a la gràfica del monitor i en correlació amb els colors dels electrodes		SI	SI (3 COLORS)	SI
Registre continu de l'activitat d'estimulació		SI	SI	SI
Possibilitat de sonda monopolar i bipolar d'estimulació amb caixa de connexió comuna per les dues sondes		SI	SI	SI
Reducció d'artefactes de freqüències altes (mutesensor)			SI	SI
Que hi hagi avisador acústic per les senyals d'estimulació		SI	SI	SI
Intensitat de corrent d'estimulació mudolable automàtica per evitar lesió del nervi facial durant la seva estimulació		NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR
Que es pugui grabar la gràfica de la monitorització (que quedi registrat a la memòria de l'aparell, que es pugui passar a PDF, a USB i que es pugui incorporar al sistema d'HC general de l'hospital)		SI	SI	SI
Possibilitat d'editar la gràfica d'estimulació durant el procés quirúrgic		SI	SI	SI
Tiroides				
Possibilitat d'estimulació contínua del nervi vagus		NO	SI	NO
Registre continu de l'activitat d'estimulació		SI	SI	SI
Reducció d'artefactes de freqüències altes (mutesensor)		SI	SI	SI
Que hi hagi avisador acústic per les senyals d'estimulació		SI	SI	SI
Intensitat de corrent d'estimulació mudolable automàtica per evitar lesió del nervi facial durant la seva estimulació		NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR
Que es pugui grabar la gràfica de la monitorització (que quedi registrat a la memòria de l'aparell, que es pugui passar a PDF, a USB i que es pugui incorporar al sistema d'HC general de l'hospital)		SI	SI	SI
Possibilitat d'editar la gràfica d'estimulació durant el procés quirúrgic		SI	SI	SI

Com es pot comprovar al quadre precedent, cap de les ofertes presentades determina de manera clara la possibilitat de modulació automàtica de la intensitat de corrent per evitar la lesió del nervi durant la seva estimulació. Aquesta consideració no s'estableix ni pel cas del nervi facial, ni pel cas de la tiroides.

En relació a la possibilitat d'estimulació contínua del nervi vagus, la única màquina que ho permet és la presentada per l'empresa Microdan.

Al parer dels tècnics, queda clar l'incompliment del requisit tècnic relatiu a l'estimulació contínua del nervi vagus per part de les empreses Medtronic i Neomèdic.

Tot i la falta de determinació dels aspectes citats, els tècnics de referència, considerant que en el cas de l'empresa Microdan es pot tractar d'un error esmenable (en tant que no queda clar el compliment o no), ha procedit a l'anàlisi de la documentació tècnica efectuant la següent,

VALORACIÓ

A l'hora de valorar la documentació lliurada, s'han tingut en compte els requisits tècnics subjectius establerts en l'apartat P. Criteris de valoració de les ofertes del Quadre de Característiques:

Concepte a Valorar	Punts
Adherència comperta de l'electrode endotraqueal als tubs endotraqueals (Segons mostres)	10
Funcionalitat del material fungible ofertat	7
Pla de formació	3
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR	20

Analitzada la documentació lliurada, els tècnics presenten en aquest acte a la Mesa de contractació l'Informe de valoració de les característiques tècniques puntuables mitjançant judici de valor, que s'adjunta a la present acta.

CONCLUSIONS

El resum de la puntuació obtinguda dels criteris de valoració de les característiques tècniques puntuables mitjançant judici de valor és:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

Concepte a Valorar	Puntuació	Medtronic	Microdan	Neomedic
Adherència comperta de l'electrode endotraqueal als tubs endotraqueals (Segons mostres)	10	2	10	10
Funcionalitat del material fungible ofertat	7	7	7	7
Pla de formació	3	3	3	3
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR	20	12	20	20

Tot i les puntuacions atorgades en la valoració, tenint present l'incompliment del requisit mínim tècnic relatiu a la l'estimulació continua del nervi valgus per part de les empreses Medtronic i Neomedic, la Mesa de contractació ha de procedir a l'exclusió de les empreses citades per incompliment de característiques mínimes tècniques del contracte.

En el cas de l'empresa Microdan, tenint present que existeix el dubte en relació a la possibilitat de modulació automàtica de la intensitat de corrent per evitar la lesió del nervi durant la seva estimulació, la Mesa de contractació requereix a la citada empresa a la presentació d'un document en el que determini si la màquina ofertada per la cessió compleix el requisit mínim tècnic citat en el termini de 3 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació i notificació de la present acta.

En cas que l'empresa no presenti el compliment d'aquest requisit mínim, el procediment haurà de declarar-se desert per incompliment d'aspectes mínims per part de totes les ofertes presentades.

Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 11:30 hores, el President de la Mesa dona per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present acta que romandrà publicada al Perfil del Contractant del Consorci Sanitari del Garraf.

El President de la Mesa

El Secretari de la Mesa

Sr. Ricard Crespo Baquero

Sr. Eduard Duran i Robert