

**INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR**

Havent-se procedit en data 15 de gener de 2018 a l'obertura del sobre 2 del procediment CP 2017-10 relatiu al subministrament de material fungible per a neuroestimulació i cessió d'un neuroestimulador pel Consorci Sanitari del Garraf, es va fer entrega als tècnics de referència de la nostra entitat de la documentació tècnica aportada al sobre 2 de les empreses licitadores per tal de procedir a la valoració dels criteris avaluable mitjançant judicis de valor.

Que havent passat el termini per a la valoració de les ofertes tècniques, els doctors de referència emeten el present informe en el que s'analitzen les ofertes tècniques presentades pels licitadors, centrant-se únicament en compliment dels aspectes mínims així com aquells determinats com a criteris de valoració subjectiva.

En relació al compliment dels requisits mínims, es detalla el que segueix:

Característiques mínimes	Document i pàgina			
<b>Neuroestimulador Comunes</b>		<b>Medtronic</b>	<b>Microdan</b>	<b>Neomedic</b>
Monitorització de tiroides i facial		SI	SI	SI
Garantia de subministrament en 24 hores en cas de ruptura d'estoc haurà de proporcionar una alternativa en 24 hores	Certificat de compromís	Sobre 3?	Sobre 3?	sobre 3?
Pantalla addicional inalàmbrica (mínim de 10")	Certificat de compromís	Sobre 3?	SI (IPAD)	SI (PC PORTATIL)
Impresora inalmabrica per imprimir els registres	Certificat de compromís	Sobre 3?	Sobre 3?	sobre 3?
<b>Facial</b>				
Monitorització mínim de 4 zones nervioses (frontal, orbicular dels ulls, orbicular del llavi i marginal)		SI	SI	SI
Colors diferenciats per cada àrea facial a la gràfica del monitor i en correlació amb els colors dels electrodes		SI	SI (3 COLORS)	SI
Registre continu de l'activitat d'estimulació		SI	SI	SI
Possibilitat de sonda monopolar i bipolar d'estimulació amb caixa de connexió comuna per les dues sondes		SI	SI	SI
Reducció d'artefactes de freqüències altes (mutesensor)			SI	SI
Que hi hagi avisador acústic per les senyals d'estimulació		SI	SI	SI
Intensitat de corrent d'estimulació mudolable automàtica per evitar llesió del nervi facial durant la seva estimulació		NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR
Que es pugui grabar la gràfica de la monitorització (que quedi registrat a la memòria de l'aparell, que es pugui passar a PDF, a USB i que es pugui incorporar al sistema d'HC general de l'hospital)		SI	SI	SI
Possibilitat d'editar la gràfica d'estimulació durant el procés quirúrgic		SI	SI	SI
<b>Tiroides</b>				
Possibilitat d'estimulació continua del nervi vagus		NO	SI	NO
Registre continu de l'activitat d'estimulació		SI	SI	SI
Reducció d'artefactes de freqüències altes (mutesensor)		SI	SI	SI
Que hi hagi avisador acústic per les senyals d'estimulació		SI	SI	SI
Intensitat de corrent d'estimulació mudolable automàtica per evitar llesió del nervi facial durant la seva estimulació		NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR	NO QUEDA CLAR
Que es pugui grabar la gràfica de la monitorització (que quedi registrat a la memòria de l'aparell, que es pugui passar a PDF, a USB i que es pugui incorporar al sistema d'HC general de l'hospital)		SI	SI	SI
Possibilitat d'editar la gràfica d'estimulació durant el procés quirúrgic		SI	SI	SI



Com es pot comprovar, cap de les empreses deixa clara la possibilitat de modulació automàtica de la intensitat de corrent per evitar la lesió del nervi durant la seva estimulació. Aquesta consideració no s'estableix ni pel cas del nervi facial, ni pel cas de la tiroides.

D'altra banda, en relació a la possibilitat d'estimulació contínua del nervi valvus, la única màquina que ho permet és la presentada per l'empresa Microdan.

Si bé en principi aquest fet exclouria com a mínim a les empreses Medtronic i Neomedic (per incompliment de mínims), s'ha volgut efectuar la valoració de totes les ofertes, pel cas que, al parer de la mesa, els defectes siguin esmenables.

D'acord amb el que s'establí al Quadre de Característiques del contracte, la valoració es concreta en la puntuació següent:

**CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR**

Concepte a Valorar	Puntuació	Medtronic	Microdan	Neomedic
Adherència comperta de l'electrode endotraqueal als tubs endotraqueals (Segons mostres)	10	2	10	10
Funcionalitat del material fungible ofertat	7	7	7	7
Pla de formació	3	3	3	3
<b>PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>20</b>


S'ha donat la puntuació màxima a les empreses Microdan i Neomedic atès que compleixen de manera correcta als dos aspectes objecte de valoració determinades al Plec, al parer dels tècnics, de manera exhaustiva i completa.

En el cas de Medtronic, s'han atorgat només dos punts en l'apartat "adherència complerta de l'elèctrode endotraquial als tubs endotraquial" atès que el servei d'anestèsia de l'hospital vol disposar de la llibertat d'escollir el tub endotraquial de l'stock que es té al propi hospital, de manera que l'elèctrode facilitat per Medtronic (el qual té el tub incorporat) no satisfà les necessitats del nostre centre.

Per tot l'exposat i mitjançant el present informe, els tècnics que subscriuen comuniquen a la mesa de contractació que s'atorga la puntuació citada al quadre anterior.

I per a que així consti, signa el present informe als efectes oportuns.

A Sant Pere de Ribes, 28 de febrer de 2018



**Dr. Javier Errando**  
 Cap del Servei de Cirurgia