

ACTA DE VALORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de Sant Pere de Ribes, a les 10:00 hores del dia 27 d'abril de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació del Consorci Sanitari del Garraf designada per l'expedient de referència, per l'adjudicació del contracte derivat de l'Acord marc de subministrament de catèters, amb codi CSC-CSG E 5/15.

La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:

- President: Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer
- Secretari: Sr. Eduard Duran, secretari tècnic
- Vocal: Sra. Laura Martí, cap de compres
- Vocal: Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica
- Vocal: Marta Furró, supervisora i responsable de materials assistencials

S'excusen

- Vocal: Sr. Josep Gomariz, secretari del consell rector (suplent Eduard Duran)

D'acord amb l'ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, s'informa que en finalitzar la rebuda de les mostres al nostre centre, es va procedir a lliurar-se els als nostres tècnics de referència, per a realitzar llurs valoracions i l'informe pertinent.

Que la Mesa ha rebut en data 20 d'abril de 2018 informe de valoració tècnica respecte aquells criteris d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor, tal i com es detalla tot seguit.

VALORACIÓ

A l'hora de valorar la documentació lliurada, s'han tingut en compte els requisits tècnics subjectius establerts en el plec de l'acord marc, elaborats pel SACAC i desenvolupats a l'acta de definició de la mesa de data 6 de novembre de 2017:

DEFINICIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

Recordem els criteris de valoració establerts al Quadre de Característiques del plec corresponents a l'acord marc elaborat pel SACAC:

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ A VALORAR EN ELS PROCEDIMENTS CORRESPONENTS ALS CONTRACTES DERIVATS (49 punts), CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA , que es concreta de la següent manera:

LOTS 12, 16 i 17

Adaptació a les necessitats i protocols del centre Es valorarà com a màxim fins a 20 punts

- Facilitat en la fixaciómàx. 4 punts
- Facilitat en l'obertura sense comprometre l'esterilitat màx. 4 punts
- Fàcil i senzilla manipulació màx. 4 punts
- Número de professionals que intervenen en la pràctica màx. 4 punts
- Facilitat en l'activació del sistema de seguretat màx. 4 punts

Nivell de traumatisme Es valorarà com a màxim fins a 5 punts

Característiques i qualitat del material Es valorarà com a màxim fins a 5 punts

Ergonomia d'ús. Adaptabilitat a la mà quan s'utilitza..... Es valorarà com a màxim fins a 5 punts

Dades presents a l'embolcall, tipus d'obertura, visibilitat, etc Es valorarà com a màxim fins a 4 punts

LOTS 4, 9

Adaptació a les necessitats i protocols del centre Es valorarà com a màxim fins a 20 punts

- Facilitat en la fixaciómàx. 10 punts
- Facilitat en l'activació del sistema de seguretat màx. 10 punts

Nivell de traumatisme Es valorarà com a màxim fins a 5 punts

Característiques i qualitat del material Es valorarà com a màxim fins a 5 punts

Ergonomia d'ús. Adaptabilitat a la mà quan s'utilitza..... Es valorarà com a màxim fins a 5 punts

Dades presents a l'embolcall, tipus d'obertura, visibilitat, etc Es valorarà com a màxim fins a 4 punts

Per a la valoració d'aquests criteris, els nostres tècnics van elaborar un quadre en el que s'atorguen les puntuacions en funció de les proves efectuades amb els productes entregats com a mostres. A continuació es transcriu la puntuació atorgada a cada producte provat, on s'ha afegit la puntuació atorgada a l'acord marc:

LOT 4: CATÈTER VENÓS CURT 20G DE SEURETAT AMB ALETES AMB PUNT

Empreses/Criteris avaluables	VALORACIÓ TÈCNICA															
	Facilitat en la fixació (10 PUNTS)		Facilitat en l'activació del sistema de seguretat (10 PUNTS)		Nivell de traumatisme (5 PUNTS)		Característiques i qualitat del material (5 PUNTS)		Ergonomia d'ús (5 PUNTS)		Dades presents a l'embolcall (4 PUNTS)		TOTAL CSG TEC.	TOTAL CSG ECON.	TOTAL AM	TOTAL CSG + AM
	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ				
B, BRAUN MEDICAL, S,A,	10	Al ser les aletes de color, la facilitat en la fixació és major ja que la seva localització és més ràpida	10		5		5	És el cateter que ocupa menys espai, un cop està activat el sistema de seguretat. Això implica poder aprofitar més els contenidors d'agulles.	5		4	és l'únic que disposa de codi de colors visibles en l'embolcall	39	5,4	33,34	77,74
NACATUR 2 ESPAÑA, S,L,	5		10		5		3	Sistema de seguretat més aparatós.	5		1	No disposa de codi de colors a l'embolcall	29	10,0	49	88,00
PALEX MEDICAL, S,A,	5		5	Al fer l'extracció de l'agulla, el sistema de seguretat s'enganxa i costa més d'activar que la resta.	5		3	Sistema de seguretat més aparatós.	3	Al fer l'extracció de l'agulla, el sistema de seguretat s'enganxa i costa més d'activar que la resta.	1	No disposa de codi de colors a l'embolcall	22	5,9	32,47	60,33
SANGÜESA, S,A,	5		10		5		3	Sistema de seguretat més aparatós.	5		1	No disposa de codi de colors a l'embolcall	29	5,2	33,34	67,57

LOT 9: CATETER D'EXTRACCIÓ DE SEURETAT (PALOMETA)

Empreses/Criteris avaluables	VALORACIÓ TÈCNICA															
	Facilitat en la fixació (10 PUNTS)		Facilitat en l'activació del sistema de seguretat (10 PUNTS)		Nivell de traumatisme (5 PUNTS)		Característiques i qualitat del material (5 PUNTS)		Ergonomia d'ús (5 PUNTS)		Dades presents a l'embolcall (4 PUNTS)		TOTAL CSG TEC.	TOTAL CSG ECON.	TOTAL AM	TOTAL CSG + AM
	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ				
BECTON DICKINSON	10		10		5		5		5		4		38	10	46,85	94,85
SANGÜESA, S,A,	10		10		5		5		5		4		38	10	51	99

LOT 12- CATETER VENOS CENTRAL 3 LLUMS

Empreses/Criteris avaluables	VALORACIÓ TÈCNICA																		TOTAL CSG TEC.	TOTAL CSG ECON.	TOTAL AM	TOTAL CSG + AM
	Facilitat en la fixació (4 PUNTS)		facilitat en l'obertura sense comprometre l'esterilitat (4 PUNTS)		Fàcil i senzilla manipulació (4 PUNTS)		Número de professionals que intervenen en la pràctica (4 PUNTS)		Facilitat en l'activació del sistema de seguretat (4 PUNTS)		Nivell de traumatisme (5 PUNTS)		Característiques i qualitat del material (5 PUNTS)		Ergonomia d'ús (5 PUNTS)		Dades presents a l'embolcall (4 PUNTS)					
	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ				
B. BRAUN MEDICAL, S,A,	4		4		4		4		4		5		5		5		4		39	9,5	48,33	96,83
TELEFLEX MEDICAL	4		3	L'envàs s'enganxa una mica quan s'ha de realitzar l'obertura	4		4		4		5		5		5		4		38	10	51	99

LOT 16 - CATETER UMBILICAL 2 LLUMS

Empreses/Criteris avaluables	VALORACIÓ TÈCNICA																		TOTAL CSG TEC.	TOTAL CSG ECON.	TOTAL AM	TOTAL CSG + AM
	Facilitat en la fixació (4 PUNTS)		facilitat en l'obertura sense comprometre l'esterilitat (4 PUNTS)		Fàcil i senzilla manipulació (4 PUNTS)		Número de professionals que intervenen en la pràctica (4 PUNTS)		Facilitat en l'activació del sistema de seguretat (4 PUNTS)		Nivell de traumatisme (5 PUNTS)		Característiques i qualitat del material (5 PUNTS)		Ergonomia d'ús (5 PUNTS)		Dades presents a l'embolcall (4 PUNTS)					
	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ				
VYGON	4		4		4		4		4		5		5		5		4		39	10	44	93

LOT 17 - CATETER ARTERIAL

Empreses/Criteris avaluables	VALORACIÓ TÈCNICA																		TOTAL CSG TEC.	TOTAL CSG ECON.	TOTAL AM	TOTAL CSG + AM
	Facilitat en la fixació (4 PUNTS)		facilitat en l'obertura sense comprometre l'esterilitat (4 PUNTS)		Fàcil i senzilla manipulació (4 PUNTS)		Número de professionals que intervenen en la pràctica (4 PUNTS)		Facilitat en l'activació del sistema de seguretat (4 PUNTS)		Nivell de traumatisme (5 PUNTS)		Característiques i qualitat del material (5 PUNTS)		Ergonomia d'ús (5 PUNTS)		Dades presents a l'embolcall (4 PUNTS)					
	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ	JUSTIFICACIÓ				
INTERSURGICAL	4		4		4		4		4		5		5		5		4		39	8,8	50,85	98,65
TELEFLEX	2	La seva fixació és molt més difícil que la resta de cases presentades	4		2	La guia s'acoda a 2 l'introduir-la	4		2	Al acodar-se la guia quan s'introdueix fa que l'activació del sistema de seguretat sigui més difícil	2	L'acodament de la guia provoca un major traumatisme en la inserció del catèter	1	La guia del catèter s'acoda quan s'introdueix.	2	Es poc ergonòmic ja que al acodarse la guia del catèter quan s'introdueix dificulta molt el seu ús.	4		23	10	48,35	81,35

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb les classificacions anteriors, la Mesa de contractació proposa a l'òrgan de contractació que els adjudicataris del contracte derivat de l'acord marc amb codi CSC CSG E 8/15 siguin els següents:

Lot 4 – Catèter venós curt amb seguretat amb aletes amb punt: Nacatur 2 España, S.L.

Lot 9 – Catèter venós central dues llums pediàtric (palometa): Sangüesa, S.A.

Lot 12 – Catèter venós central tres llums: Teleflex Medical Iberia, S.A.

Lot 16 – Catèter umbilical dues llums: Vygon, S.A.

Lot 17 – Catèter arterial: Intersurgical, S.L.

Així doncs, s'eleva la present proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació per a la corresponent emissió de la resolució d'adjudicació.

Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:30 hores, el President de la Mesa dóna per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present acta que romandrà publicada a la pàgina web del Consorci Sanitari del Garraf dins l'apartat "Perfil del Contractant".

El President de la Mesa

El Secretari de la Mesa

Sr. Ricard Crespo i Baquero

Sr. Eduard Duran i Robert